

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»**

Испытательный лабораторный центр
420061, г. Казань, ул. Сеченова 13а. Тел. 221-90-03, факс 221-90-87
ИНН/КПП 1660077474/166001001



Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.510710
Дата внесения сведений в реестр:
24 октября 2014 г.

АКТ ПРИЕМА ПРОБ
от «24» ноября 2014 г.

Заказчик ИТЭ Лавинков И.Г. и Коулес,
(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо)
и/о Провиденс ул. Сеченова, 40
(юридический адрес или адрес государственной регистрации деятельности, или адрес места жительства)

Место отбора проб цех по пр-ву шпательной продукции
(наименование, фактический адрес со слов или по документам заявителя)
ул. Тимирязевская, 41

Дата, время отбора проб 24.11.14

Дата и время доставки 24.11.14

Условия доставки с/д

Цель отбора: проведение испытаний

Основание для отбора тел. 221-90-15-01-10
221-90-87-70

№ пробы	Наименование пробы	Изготовитель	Дата выработки и № смены	Величина и номер партии	Вес, объем пробы	Вид, № документа, по которому изготовлена/получена продукция	Вид тары, упаковки	Цель испытаний
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Диспергированный порошок						ПЭТ	ИИ.Р
2	Порошок						ПЭТ	52101-200
3	Порошок						ПЭТ	114000000
4	Порошок						ПЭТ	114000000
5	Порошок						ПЭТ	114000000
6	Порошок						ПЭТ	114000000
7	Порошок						ПЭТ	114000000
8	Порошок						ПЭТ	114000000
9	Порошок						ПЭТ	114000000
10	Порошок						ПЭТ	114000000
11	Порошок						ПЭТ	114000000
12	Порошок						ПЭТ	114000000
13	Порошок						ПЭТ	114000000
14	Порошок						ПЭТ	114000000
15	Порошок						ПЭТ	114000000
16	Порошок						ПЭТ	114000000
17	Порошок						ПЭТ	114000000
18	Порошок						ПЭТ	114000000
19	Порошок						ПЭТ	114000000
20	Порошок						ПЭТ	114000000

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Татарстан (Татарстан)"
Испытательный лабораторный центр
420061, г.Казань, ул.Сеченова 13а Телефоны: 8(843) 221-90-03; факс (843) 221-90-87
ИНН/КПП 1660077474/166001001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССТРУ.0001.510710
Дата внесения сведений в реестр
24 октября 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя ИЛЦ
(должность)
Сафина Г.Н.
(подпись)
(ФИО)



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 104773, 104774
от 13.12.2019 г.**

Наименование пробы (образца)

Вода после очистки (степень чистоты №1)

Вода после очистки (степень чистоты №2)

(описание, состояние)

Идентификация объекта испытаний: (для образцов продукции)

Документ, в соответствии с которым изготовлена (получена) продукция

Дата изготовления

Объем партии

Номер партии

Тара, упаковка *ПЭТ бут.*

Изготовитель

(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.), юридический адрес)

Дополнительные сведения о пробе (образце продукции), др.:

Код пробы (образца) *2420.19.104773.П., 2420.19.104774.П.*

Наименование и юридический адрес заказчика

ИП Латыпов И.Г., г.Казань, пос.Салмачи, ул.3-я Зеленая, 40

Основание для отбора *Договор № 35 от 15.01.2018 г.*

Цель отбора: *проведение испытаний по По договору*

Место отбора пробы (образца) *Цех по производству питьевой воды «Тимерхан», г.Казань, пос.Салмачи, ул.2-я Зеленая, 37*

(наименование, фактический адрес, юридический адрес)

Район *Приволжский*

НД на метод отбора пробы (образца)

Количество (объем) пробы для испытаний *по 5 л*

Дата и время отбора пробы (образца) *27.11.2019 г.*

Дата и время доставки пробы (образца) *27.11.2019 г.*

Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности *27.11.2019 г. - 13.12.2019 г.*

Сотрудник, отобравший/принявший пробы *Пом. сан. врача Шайхетдинова Д.М.*

(должность, ФИО)

Сопроводительный документ (акт отбора проб, протокол отбора проб, акт приема проб)

от 27.11.2019 г.

Условия доставки пробы доставлены в ИЛЦ Заказчиком

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ.
протокол от 13.12.2019 г. № 104773, 104774

Стр. 1 из 2

Результаты испытаний

САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
Код пробы: 2420.19.104773.П., Рег. №: 104773 - Вода после очистки (степень чистоты №1)					
1	Массовая концентрация оксида кремния (IV) (SiO ₂)	менее предела обнаружения (менее 0,01)	не более 0,01	мг/дм ³	ГОСТ Р 52501-2005, п.6.5
2	Удельная электрическая проводимость при 25°C	0,007960 ± 0,000419	не более 0,001	мСм/м	ГОСТ Р 52501-2005, п.6.1
Код пробы: 2420.19.104774.П., Рег. №: 104774 - Вода после очистки (степень чистоты №2)					
3	Массовая концентрация оксида кремния (IV) (SiO ₂)	менее предела обнаружения (менее 0,02)	не более 0,02	мг/дм ³	ГОСТ Р 52501-2005, п.6.5
4	Массовая концентрация веществ, восстанавливающих KMnO ₄	менее предела обнаружения (менее 0,08)	не более 0,08	мг/дм ³	ГОСТ Р 52501-2005, п.6.2
5	Массовая доля остатка после выпаривания при температуре 110 °С	менее предела обнаружения (менее 1)	не более 1	млн ⁻¹	ГОСТ Р 52501-2005, п.6.4
6	Удельная электрическая проводимость при 25°C	0,09560 ± 0,00172	не более 0,1	мСм/м	ГОСТ Р 52501-2005, п.6.1

Дополнительные сведения

Нормативный документ, устанавливающий требования

ГОСТ Р 52501-2005 Вода для лабораторного анализа. Технические условия

Ответственный за оформление объединенного протокола

Пом.врача
(должность)

Нагуманова И.А.
(ФИО)


(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без разрешения ИЛЦ.